

# schülke →



## rotasept®

rotasept® est un désinfectant prêt à l'emploi à base d'alcools et de potasse caustique.

### Notre plus

- temps d'action réduit en bain à ultrasons
- contient des agents anti-corrosion
- à utiliser pur
- pas besoin de rincer
- excellente matérieo-compatibilité
- sans aldéhydes

### Domaines d'utilisation

Pour la désinfection manuelle et le nettoyage des fraises, des instruments à canaux, des meules à pointe diamantée et des autres instruments de précision rotatifs. En raison de sa très bonne compatibilité avec les matériaux et de son action efficace, rotasept® offre toutes les caractéristiques importantes pour le nettoyage et la désinfection des instruments de précision rotatifs.

### Conseils d'utilisation

Verser la solution pure de rotasept® dans le bac à fraises. Après utilisation, dès la fin du soin, y plonger immédiatement chaque instrument pour éviter que les résidus sèchent. Le nettoyage et la désinfection s'effectuent simultanément, en une seule opération. Ne pas mélanger avec des produits de nettoyage.

Ne pas rincer les instruments avec de l'eau après le bain rotasept®, afin d'éviter la formation de rouille. Retirer les instruments du bain avec une pince. Vérifier visuellement la propreté. S'il reste des souillures, frotter avec une brosse et recommencer le protocole. Sinon, déposer les instruments sur un essuie-tout et laisser sécher.

Temps de trempage en bac statique: 30 mn. Eviter des temps de trempage plus longs. Remplacer tous les jours la solution utilisée.

Temps d'action réduit en bain à ultrasons: 15 mn. Bien rincer et sécher les instruments rotatifs avant la stérilisation.

### Compatibilité avec les matériaux

Ne pas tremper dans du rotasept® des plastiques sensibles à l'alcool et aux dérivés alcalins, des éléments en aluminium et des instruments fabriqués avec de la colle à résine. Dans ces cas, nous recommandons l'utilisation de gigasept® instru AF. Veuillez respecter les recommandations de traitement des fabricants d'instruments.

### Efficacité microbiologique

Effacité	Solution	Temps d'action
<b>Bactéries</b> EN13727, EN14561, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	5 min
<b>Mycobactérie</b> EN14348, EN14563, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	15 min
<b>Levure</b> EN13624, EN14562, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	5 min
<b>Fongique</b> EN13624, EN14562 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	5 min
<b>Virus</b> Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI	prêtes à l'emploi	5 min
<b>Virus</b> EN14476, EN17111 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	1 min

### Certificats

- VAH certificate

CE 0297



## Données relatives au produit

### Composition:

100 g rotasept® contiennent : 1,6 g hydroxyde de potassium, 10,0 g 2-propanol, 0,1 g 2-éthylhexanol

Autres composants (Étiquetage selon la Règlementation (CE) N° 648/2004):

< 5 % agents de surface non ioniques

### Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 1,00 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	13,7 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	36 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide

## Remarques particulières

**Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.**

Les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes. Tenir le récipient hermétiquement fermé. Protéger du gel, de la chaleur et des rayons du soleil. Conserver dans le récipient d'origine. Ne pas utiliser la préparation après la date de péremption.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
rotasept -INT- 2 l FL	5/Carton	104741
rotasept -INT- 5 l KA	1/jerrycan	104742

## Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/10l neutr.	135502
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810
schülke Bohrerbox	144030

## Informations environnementales

schülke fabrique tous ses produits selon des standards de qualité et de sécurité élevés tout en préservant l'environnement.

## Avis d'expert et information

Pour avoir un aperçu du produit, veuillez consulter l'adresse Internet [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch).

Pour des questions individuelles:

Customer Care

Tél.: +41 44 466 55 44

Email: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)